

Výzva na predloženie ponuky – tovar - prieskum trhu

podľa § 117 zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákazka na dodanie tovaru

1. Verejný obstarávateľ :

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.

Winterova 66, 921 63 Piešťany

Zastúpená: MUDr. Štefan Kóňa - riaditeľ

Kontaktná osoba: Ing. Peter Bittara – referát noriem riadenia, registratúry a verejného obstarávania

tel. č. 0911 259 262; 033/7955388; e-mail: bittara@naw.sk

2. Názov predmetu zákazky a PHZ:

Jednokanálový (8 ks) a dvojkanálový injekčný dávkovač (3 ks)

PHZ: 9 999,00 EUR bola určená na základe prieskumu trhu na predmetné prístrojové vybavenie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

3. Opis predmetu zákazky :

Vid' príloha výzvy

4. CPV: 33124120-2 Diagnostické ultrazvukové prístroje

5. Podmienky predloženia cenovej ponuky :

OSOBNÉ POSTAVENIE

§ 32 ods. 1

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, cit.:

- je oprávnený dodávať predmetný tovar, poskytovať uvedené služby.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať predmetný tovar a poskytovať uvedené služby.

Postačuje predložiť obyčajnú fotokópiu uvedeného dokladu. V prípade predloženia ponuky prostredníctvom e – mailu je možné predložiť uvedený doklad v elektronickej podobe (sken).

FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE

§ 33 ods. 1

Nepožaduje sa.

TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ

§ 34 ods. 1

Nepožaduje sa.

Obsah ponuky:

Identifikačné údaje uchádzača, obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno,

priezvisko štatutárneho zástupcu, kontaktná osoba, e-mail;

- cenová kalkulácia (cena bez DPH a cena s DPH),

- v cene musia byť zahrnuté všetky náklady,

6. Miesto poskytnutia služby a termín obhliadky:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o., Winterova 66, Piešťany, **nie je potrebné**

7. Termín dodania prístrojov po splnení zmluvných podmienok (objednávka)

Do 31.03.2020

8. Termín predloženia cenovej ponuky

Do 12.03.2020

9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

- najnižšia cena,
- stanovený termín dodania prístroja

Je možné predložiť ponuku ak bude cena vyššia ako PHZ

Cenové ponuky zasielajte písomnou formou (v zalepenej obálke s názvom zákazky a označením neotvárať – poštou alebo osobne odovzdaním na podateľňu nemocnice alebo e-mailom na adresu :

**Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Ing. Peter Bittara
Winterova 66
921 63 Piešťany**

e-mail: bittara@naw.sk

**MUDr. Štefan Kóňa
riaditeľ**

V Piešťanoch 05.03.2020

Špecifikácie (Jeden kanál, funkcia telesnej hmotnosti)

Injekčné striekačky	10, 20, 30, 50 mL kalibrovaných striekač
Prietok	0.1~1500 mL/h (špecifikované množstvo 0.1 999.9 mL/h, 0.1 mL/h 50 mL striekačky) (špecifikované množstvo 1000 mL/h alebo vyššie, 1mL/h) 0.1~ 900 mL/h (0.1 mL/h) 30 mL striekačky 0.1~ 600 mL/h (0.1 mL/h) 20 mL striekačky 0.1~ 400 mL/h (0.1 mL/h) 10 mL striekačky
Rýchlosť čistenia	1500 mL/h 50 mL striekačky 900 mL/h 30 mL striekačky 600 mL/h 20 mL striekačky 400 mL/h 10 mL striekačky
Presnosť prietoku (Nominálna hodnota)	Presnosť striekačky: v rozmedzí $\pm 2\%$ Mechanická presnosť: v rozmedzí $\pm 1\%$
Zobrazenie rozsahu dodaného množstva	0.1 ~ 9999 mL (0.1~999.9 mL, 0.1 mL) (1000 ~ 9999 mL, 1 mL)
Nastavenie dodaného množstva	0.1 ~ 9999 mL (0.1~999.9 mL, 0.1 mL) (1000 ~ 9999 mL, 1 mL)
Detekcia oklúzneho tlaku	'H': 800 \pm 200 mmHg (106.7 \pm 26.7 kPa) alebo 1.09 \pm 0.27 kgf/cm ² 'C': 500 \pm 100 mmHg (66.7 \pm 13.3 kPa) alebo 0.68 \pm 0.13 kgf/cm ² 'L': 300 \pm 100 mmHg (40.7 \pm 13.3 kPa) alebo 0.41 \pm 0.13 kgf/cm ²
Alarmy	'Oklúzia', 'Skoro prázdne', 'Koniec', 'Striekačka posunutá', 'Piest/Spojka odpojená', 'Slabá batéria', 'Batéria vybitá', 'Sieťový kábel odpojený', 'Prietok nad limit', 'Hlasitosť nad limit', 'Systémová chyba', 'Prevádzkový čas skončil'
Výkon	AC110~220V $\pm 10\%$, 50/60 Hz ± 1 Hz Vnútoraná NiMH batéria: DC12 V Nepretržitá prevádzka batérie: nad 6 hodín pre jeden kanál pri opakovanom nabíjaní po 12tich hodinách a prietoku 5 mL/h.
Prevádzkové podmienky	Teplota okolitého prostredia: 5 do 40 °C, Relatívna vlhkosť: 20% do 80%
Skladovacie podmienky	Teplota okolitého prostredia: -20 do 55 °C, Relatívna vlhkosť: $\leq 95\%$
Ochrana pred elektrickým šokom	Class I a vnútorný zdroj energie : Typ CF, nepretržitá prevádzka
Hladina vodeodolnosti	IPX4
Váha	2.25kg (so svorkou)
Rozmery	306mm (Šírka) \times 135mm (Výška) \times 127mm (Hĺbka)

Funkcie

Vstupný režim telesnej hmotnosti	Okamžité oznámenie prevádzkovej chyby
Automatická kalibrácia striekačky	Rýchla kontrola prietoku
Automatická identifikácia veľkosti striekačky	Tlačidlo "purge" aktivuje ochranu
3-úrovňový alarm oklúzie	Tlačidlo na uzamknutie prietoku
Automaticky znižuje dávku po upchaní alebo uzáveru infúzie	Bohatý optický a zvukový alarm
Nastavenie limitu	AC a indikácia vnútornej energie
Prieskum dodaného množstva	Štandardné rozhranie RS232
Prietok KVO (0.1-1.0ml/h nastaviteľný)	1000 záznamov do histórie
Viacsmerná svorka na horizontálnu alebo vertikálnu	Funkcia knižnice liekov (voliteľná)

Špecifikácie (Dvojitý kanál)

Striekačky	10, 20, 30, 50 mL kalibrovaných striekačiek	
Prietok	0.1~1500 mL/h (špecifikované množstvo 0.1 999.9 mL/h, 0.1 mL/h) (špecifikované množstvo 1000 mL/h alebo vyššie, 1 mL/h)	50 mL striekačky
	0.1~ 900 mL/h (0.1 mL/h)	30 mL striekačky
	0.1~ 600 mL/h (0.1 mL/h)	20 mL striekačky
	0.1~ 400 mL/h (0.1 mL/h)	10 mL striekačky
Rýchlosť čistenia	1500 mL/h 900 mL/h 600 mL/h 400 mL/h	50 mL striekačky 30 mL striekačky 20 mL striekačky 10 mL striekačky
Presnosť prietoku (Nominálna hodnota)	Presnosť striekačky: v rozmedzí $\pm 2\%$ Mechanická presnosť: v rozmedzí $\pm 1\%$	
Zobrazenie rozsahu dodaného množstva	0.1~ 9999 mL (0.1~999.9 mL, 0.1 mL) (1000 ~ 9999 mL, 1 mL)	
Nastavenie dodaného množstva	0.1~ 9999 mL (0.1~999.9 mL, 0.1 mL) (1000 ~ 9999 mL, 1 mL)	
Detekcia oklúzneho tlaku	'H': 800 \pm 200 mmHg (106.7 \pm 26.7 kPa) alebo 1.09 \pm 0.27 kgf/cm ² 'C': 500 \pm 100 mmHg (66.7 \pm 13.3 kPa) alebo 0.68 \pm 0.13 kgf/cm ² 'L': 300 \pm 100 mmHg (40.7 \pm 13.3 kPa) alebo 0.41 \pm 0.13 kgf/cm ²	
Alarmy	'Oklúzia', 'Skoro prázdne', 'Koniec', 'Striekačka posunutá', 'Piest/Spojka odpojená', 'Slabá batéria', 'Batéria vybitá', 'Sieťový kábel odpojený', 'Prietok nad limit', 'Hlasitosť nad limit', 'Systémová chyba', 'Prevádzkový čas skončil'	
Výkon	AC110~220V $\pm 10\%$, 50/60 Hz ± 1 Hz Vnútorná NiMH batéria: DC12 V Nepretržitá prevádzka batérie: nad 6 hodín pre jeden kanál pri opätovnom nabíjaní po 12tich hodinách a prietoku 5 mL/h.	
Prevádzkové podmienky	Teplota okolitého prostredia: 5 do 40 °C, Relatívna vlhkosť: 20% do 80%	
Skladovacie podmienky	Teplota okolitého prostredia: -20 do 55 °C, Relatívna vlhkosť: $\leq 95\%$	
Ochrana pred elektrickým šokom	Class I a vnútorný zdroj energie: Typ CF, Nepretržitá prevádzka	
Hladina vodeodolnosti	IPX4	
Váha	3.45kg (so svorkou)	
Rozmery	354mm (Šírka) \times 190mm (Výška) \times 128mm (Hĺbka)	

Funkcie

Duálny kanál s rozdielnym prietokom	Automatická kalibrácia striekačky
Funkcia spánku	Rýchla kontrola prietoku
Automa tická identifikácia veľkosti striekačky	Tlačidlo "purge" aktivuje ochranu
3-úrovňový alarm oklúzie	Tlačidlo na uzamknutie prietoku
Nastavenie limitu	Bohatý optický a zvukový alarm
Automaticky znižuje dávku po upchaní alebo uzáveru infúzie	AC a indikácia vnútornej energie
Prieskum dodaného množstva	Štandardné rozhranie RS232
Prietok KVO (0.1-1.0ml/h nastaviteľný)	1000 záznamov do histórie
Bezdrôtová komunikácia (SN-50F66R)	Viacsmerná svorka na horizontálnu alebo vertikálnu fixáciu