

## Výzva na predloženie ponuky – tovar - prieskum trhu č.

podľa § 117 zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákazka na dodanie tovaru

1. Verejný obstarávateľ :

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.

Winterova 66, 921 63 Piešťany

Zastúpená: MUDr. Štefan Kóňa - riaditeľ

Kontaktná osoba: Ing. Peter Bittara – referát noriem riadenia, registratúry a verejného obstarávania

tel. č. 0911 259 262; 033/7955388; e-mail: [bittara@naw.sk](mailto:bittara@naw.sk)

2. Názov predmetu zákazky a PHZ:

**Monitorovacia centrála 3 ks**

PHZ: 9 999,00 EUR bola určená na základe prieskumu trhu na predmetné prístrojové vybavenie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

3. Opis predmetu zákazky :

Vid' príloha

4. CPV: 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie

5. Podmienky predloženia cenovej ponuky :

### **OSOBNÉ POSTAVENIE**

#### **§ 32 ods. 1**

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, cit.:

- je oprávnený dodávať predmetný tovar, poskytovať uvedené služby.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať predmetný tovar a poskytovať uvedené služby.

Postačuje predložiť obyčajnú fotokópiu uvedeného dokladu. V prípade predloženia ponuky prostredníctvom e – mailu je možné predložiť uvedený doklad v elektronickej podobe (sken).

### **FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE**

#### **§ 33 ods. 1**

Nepožaduje sa.

### **TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ**

#### **§ 34 ods. 1**

Nepožaduje sa.

#### **Obsah ponuky:**

**Identifikačné údaje uchádzača, obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno,**

**priezvisko štatutárneho zástupcu, kontaktná osoba, e-mail;**

- cenová kalkulácia (cena bez DPH a cena s DPH),
- v cene musia byť zahrnuté všetky náklady,

6. Miesto poskytnutia služby a termín obhliadky:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o., Winterova 66, Piešťany, **nie je potrebné**

7. Termín dodania prístrojov po splnení zmluvných podmienok (objednávka)

**Do 31.03.2020**

8. Termín predloženia cenovej ponuky

**Do 13.03.2020**

9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

- najnižšia cena,
- stanovený termín dodania prístroja

**Je možné predložiť ponuku ak bude cena vyššia ako PHZ**

**Cenové ponuky zasielajte písomnou formou (v zalepenej obálke s názvom zákazky a označením neotvárať – poštou alebo osobne odovzdaním na podateľňu nemocnice alebo e-mailom na adresu :**

**Nemocnica Alexandra Wintera n. o.  
Ing. Peter Bittara  
Winterova 66  
921 63 Piešťany**

**e-mail: bittara@naw.sk**

**MUDr. Štefan Kóňa  
riaditeľ**

V Piešťanoch 06.03.2020

3ks monitorovacích centrál spolu s PC pre monitory vitálnych funkcií.

| P. č. | Požadovaný technicko  | Požadovaná hodnota | Počet kusov |
|-------|---|--------------------|-------------|
|       | <b>Monitorovacia centrála</b>   |                    | 3           |
| 1.    | Celkové zobrazenie min. 100 patientských monitorov  | Áno/hodnota        |             |
| 2.    | Možnosť prevádzky na min. dva zobrazovacie displeje   | Áno/hodnota        |             |
| 3.    | Zobrazenie min. 30 pac. monitorov na jednom displeji  | Áno/hodnota        |             |
| 4.    | Pamäť pre min. 50 000 pacientov   | Áno/hodnota        |             |
| 5.    | Pamäť pre min. 700 NIPB záznamov pre každého pacienta   | Áno/hodnota        |             |
| 6.    | Pamäť pre min. 700 alarmov pre každého pacienta   | Áno/hodnota        |             |
| 7.    | Pamäť pre min. 200 hod. trendov pre každého pacienta  | Áno/hodnota        |             |
| 8.    | Pamäť pre min. 70 hod. priebehov pre každého pacienta   | Áno/hodnota        |             |
| 9.    | Obojsmerná komunikácia medzi centrálou a pac. monitormi   | Áno                |             |
| 10.   | Komunikácia cez LAN, WIFI a 4G  | Áno                |             |
| 11.   | Akustický a vizuálny alarm  | Áno/hodnota        |             |
| 12.   | Min. dva typy alarmov, fyziologický a technický   | Áno/hodnota        |             |
| 13.   | Min. tri úrovne alarmov   | Áno/hodnota        |             |
| 14.   | Podpora tlače min. 7 údajov ( Informácie o pacientovi, Tabuľka alarmov, Krivky alarmov, Graf trendov, Tabuľka trendov, Prehľad kriviek, prehľad NIBP meraní...) | Áno/hodnota        |             |
| 15.   | Kompatibilita s monitormi značky EDAN   | Áno                |             |
| 16.   | Pripojenie monitorov vitálnych funkcií prostredníctvom WiFi siete.  | Áno                |             |
| 17.   | Pokrytie WiFi sieťou celého oddelenia   | Áno                |             |
| 18.   | Prístup do monitorovacej centrály z viacerých počítačov   | Áno                |             |
| 19.   | Zostava bude obsahovať PC stanicu s min. 24“ monitorom, laserovou tlačiarňou, reproduktormi, WiFi sieťou na pokrytie celého oddelenia, myšou a klávesnicou      | Áno                | 3           |