

## Výzva na predloženie ponuky – tovar - prieskum trhu č.

podľa § 117 zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákazka na dodanie tovaru

1. Verejný obstarávateľ :

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.

Winterova 66, 921 63 Piešťany

Zastúpená: MUDr. Štefan Kóňa - riaditeľ

Kontaktná osoba: Ing. Peter Bittara – referát noriem riadenia, registratúry a verejného obstarávania

tel. č. 0911 259 262; 033/7955388; e-mail: [bittara@naw.sk](mailto:bittara@naw.sk)

2. Názov predmetu zákazky a PHZ:

**Pacientský monitor (6 ks)**

PHZ: 9 999,00 EUR bola určená na základe prieskumu trhu na predmetné prístrojové vybavenie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

3. Opis predmetu zákazky :

Vid' príloha

4. CPV: 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie

5. Podmienky predloženia cenovej ponuky :

### **OSOBNÉ POSTAVENIE**

#### **§ 32 ods. 1**

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, cit.:

- je oprávnený dodávať predmetný tovar, poskytovať uvedené služby.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať predmetný tovar a poskytovať uvedené služby.

Postačuje predložiť obyčajnú fotokópiu uvedeného dokladu. V prípade predloženia ponuky prostredníctvom e – mailu je možné predložiť uvedený doklad v elektronickej podobe (sken).

### **FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE**

#### **§ 33 ods. 1**

Nepožaduje sa.

### **TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ**

#### **§ 34 ods. 1**

Nepožaduje sa.

#### **Obsah ponuky:**

**Identifikačné údaje uchádzača, obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno,**

**priezvisko štatutárneho zástupcu, kontaktná osoba, e-mail;**

- cenová kalkulácia (cena bez DPH a cena s DPH),
- v cene musia byť zahrnuté všetky náklady,

6. Miesto poskytnutia služby a termín obhliadky:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o., Winterova 66, Piešťany, **nie je potrebné**

7. Termín dodania prístrojov po splnení zmluvných podmienok (objednávka)

**Do 31.03.2020**

8. Termín predloženia cenovej ponuky

**Do 13.03.2020**

9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

- najnižšia cena,
- stanovený termín dodania prístroja

**Je možné predložiť ponuku ak bude cena vyššia ako PHZ**

**Cenové ponuky zasielajte písomnou formou (v zalepenej obálke s názvom zákazky a označením neotvárať – poštou alebo osobne odovzdaním na podateľňu nemocnice alebo e-mailom na adresu :**

**Nemocnica Alexandra Wintera n. o.  
Ing. Peter Bittara  
Winterova 66  
921 63 Piešťany**

**e-mail: bittara@naw.sk**

**MUDr. Štefan Kóňa  
riaditeľ**

V Piešťanoch 06.03.2020

Špecifikácia na 6ks monitora vitálnych funkcií a WiFi antény k existujúcim monitorom (patientský monitor)

P. č.	Požadovaný technicko	Požadovaná hodnota	Počet kusov
	<b>Monitor vitálnych funkcií</b>		6
1.	Maximálna hmotnosť 2,5kg	Áno/hodnota	
2.	Doba práce na batériu min. 4hod.	Áno/hodnota	
3.	Obrazovka min. 8“	Áno/hodnota	
4.	Min. počet kriviek zobrazených na obrazovke 13	Áno/hodnota	
5.	Interná pamäť na min.:	Áno	
	- 240 hod. trendov	Áno/hodnota	
	- 200 alarmov	Áno/hodnota	
	- 1.200 záznamov NiBP		
	- 200 arytmií	Áno/hodnota	
	- 48 hod. kontinuálnych kriviek	Áno/hodnota	
6.	VGA výstup (voliteľný)	Áno/hodnota	
7.	Min. 1 USB	Áno	
8.	HIS/EMR prepojenie: HL7, MFM-CMS / GW1 Gateway Software	Áno	
9.	Nočný mód	Áno	
10.	Mód zvodov EKG:	Áno	
	- 3-elektrody: I, II, III	Áno	
	- 5-elektrod: I,II,III, aVR, aVL, aVF, V	Áno	
	- 6-elektrod: I,II,III, aVR, aVL, aVF, a zvodov zodpovedajúce Va, Vb	Áno	
	- 10-elektrod: I,II,III, aVR, aVL, aVF, V1,V2,V3,V4,V5,V6	Áno	
11.	Citlivosť zobrazenia: 1.25mm/mV, 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, 40mm/mV, AUTO mód	Áno/hodnota	
12.	Max. čas obnovenia funkcií po defibrilácii 5sek.	Áno/hodnota	
13.	Ochrana pri elektrochirurgii	Áno	
14.	Ľubovoľný zvod pre detekovanie kardiostimulátora: I,II,III, aVR, aVL, aVF, V1,V2,V3,V4,V5,V6	Áno	
15.	Analýza arytmií	Áno	
16.	NIBP režim: Manuálny, Automatický, Kontinálny	Áno	
17.	Meranie pulzu	Áno	
18.	Meranie SpO2	Áno	
19.	Meranie teploty (s možnosťou dvojkanálového merania teploty)	Áno	
20.	Meranie RESP	Áno	
21.	WiFi pripojenie k centrále	Áno	
22.	Rozšírenie o WiFi 8 existujúcich monitorov vitálnych funkcií a ich pripojenie do existujúcej monitorovacej centrály	Áno	8