

## Výzva na predloženie ponuky – tovar - prieskum trhu č.

podľa § 117 zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákazka na dodanie tovaru

1. Verejný obstarávateľ :

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.

Winterova 66, 921 63 Piešťany

Zastúpená: MUDr. Štefan Kóňa - riaditeľ

Kontaktná osoba: Ing. Peter Bittara – referát noriem riadenia, registratúry a verejného obstarávania

tel. č. 0911 259 262; 033/7955388; e-mail: [bittara@naw.sk](mailto:bittara@naw.sk)

2. Názov predmetu zákazky a PHZ:

**Vertikálna infúzna pumpa s možnosťou transfúzie krvi (9 ks)**

PHZ: 9 999,00 EUR bola určená na základe prieskumu trhu na predmetné prístrojové vybavenie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

3. Opis predmetu zákazky :

Vid' príloha výzvy

4. CPV: 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie

5. Podmienky predloženia cenovej ponuky :

### OSOBNÉ POSTAVENIE

#### § 32 ods. 1

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, cit.:

- je oprávnený dodávať predmetný tovar, poskytovať uvedené služby.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať predmetný tovar a poskytovať uvedené služby.

Postačuje predložiť obyčajnú fotokópiu uvedeného dokladu. V prípade predloženia ponuky prostredníctvom e – mailu je možné predložiť uvedený doklad v elektronickej podobe (sken).

### FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE

#### § 33 ods. 1

Nepožaduje sa.

### TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ

#### § 34 ods. 1

Nepožaduje sa.

#### Obsah ponuky:

**Identifikačné údaje uchádzača, obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno,**

**priezvisko štatutárneho zástupcu, kontaktná osoba, e-mail;**

**- cenová kalkulácia (cena bez DPH a cena s DPH),**

**- v cene musia byť zahrnuté všetky náklady,**

6. Miesto poskytnutia služby a termín obhliadky:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o., Winterova 66, Piešťany, **nie je potrebné**

7. Termín dodania prístrojov po splnení zmluvných podmienok (objednávka)

**Do 31.03.2020**

8. Termín predloženia cenovej ponuky

**Do 12.03.2020**

9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

- najnižšia cena,
- stanovený termín dodania prístroja

**Je možné predložiť ponuku ak bude cena vyššia ako PHZ**

**Cenové ponuky zasielajte písomnou formou (v zalepenej obálke s názvom zákazky a označením neotvárať – poštou alebo osobne odovzdaním na podateľňu nemocnice alebo e-mailom na adresu :**

**Nemocnica Alexandra Wintera n. o.  
Ing. Peter Bittara  
Winterova 66  
921 63 Piešťany**

**e-mail: bittara@naw.sk**

**MUDr. Štefan Kóňa  
riaditeľ**

V Piešťanoch 05.03.2020

Rýchlosť infúzie	0.1–1200 mL/h (alebo až do 200 kvapiek / min )
Infúzne režimy	ml/h, kvapky/min, objem/čas, váha pacienta
Nastavenie limitu dávky	1– 9999 mL
Rýchlosť bolusu	1-1200 ml/H
Objem bolusu	1 - 9999 ml
Oklúzne varovné hodnoty	Vysoký, stredný, nízky, najnižší 0,04-0,16 Mpa / 5,8-23,2 psi
Presnosť infúzie	±2% na pumpe (±5% IV set)
KVO (keep vein open) zabudované infúzne módy pamäte	0,1 ml/h - 3 ml/h (záleží na prietoku) pamäť na 10 infúzných režimov
Hlasitosť alarmu	vysoká, stredná , nízka
Alarmy	otvorené dvierka, vzduch v sete, hadičke, oklúzia (vysoká, nízka), prázdny vak, infúzia kompletná, chyba inicializácie, chyba mechanizmu, vybitá batéria
Napájanie	AC100–240V, 50–60 Hz, DC 12V
Batéria	nabíjateľná batéria NiMH Výdrž batérie 3 hodiny pri min. 25ml/h s plne nabitou batériou
Upozornenia	vložený IV set, odpojený IV set, nízka batéria
Záznam udalostí	400 + záznamy o nastavení, prevádzkový stav, alarmy s dátumom a časom
Bezpečná ochrana	zvukové a vizuálne alarmy, automatický záмок klávesnice, ochrana samovoľného pretečenia
Bezpečnostné schválenia	CE 0086, IEC 60601 - 1 - 8: 2003 typ CF, IPX1
Váha	2.9kg
Rozmery	105 mm (šírka)×240mm (výška)×172mm (hĺbka)